



FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

**COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA**

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	28-jun-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 019									
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTACIÓN 4-1									
MARCA	KESTREL									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			

**RESULTADOS DE LA MEDICIÓN**

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	26,80	27,30	0,50	67,0	66,1	-0,90	CUMPLE
2	26,90	27,40	0,50	67,0	66,3	-0,70	
3	27,20	27,70	0,50	67,0	66,1	-0,90	
4	27,30	28,10	0,80	64,0	64,5	0,50	
5	27,30	28,10	0,80	64,0	62,0	-2,00	
PROMEDIO			0,62	PROMEDIO		-0,80	

CUMPLE °T

X

NO CUMPLE °T

.

CUMPLE %HR

X

NO CUMPLE %HR

.

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA