



## FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

## COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	24-nov-20									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 009									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020			

## RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	29,20	29,50	0,30	67,0	25,0	-42,00	CUMPLE T°
2	29,40	29,70	0,30	68,0	24,0	-44,00	
3	29,70	29,90	0,20	67,0	25,0	-42,00	
4	29,60	29,90	0,30	66,0	23,0	-43,00	
5	29,90	30,10	0,20	66,0	24,0	-42,00	
PROMEDIO			0,26	PROMEDIO		-42,60	

CUMPLE °T  
CUMPLE %HR

X
.

NO CUMPLE °T  
NO CUMPLE %HR

.
X

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA