



FORMATOS

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:		3-sept-21									
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO		AK 013									
NOMBRE DEL EQUIPO		TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA		EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA				L22603-21		FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:		%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD				L22603-21		FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	25,10	25,02	-0,08	69,0	40,0	-29,00	CUMPLE T°
2	25,30	25,22	-0,08	69,0	40,0	-29,00	
3	25,60	25,52	-0,08	68,0	39,0	-29,00	
4	25,70	25,62	-0,08	68,0	37,0	-31,00	
5	25,70	25,62	-0,08	68,0	37,0	-31,00	
PROMEDIO			-0,08	PROMEDIO		-29,80	

CUMPLE °T

CUMPLE %HR

X
.

NO CUMPLE °T

NO CUMPLE %HR

.
X

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA