


| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-CC-003 |
| | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS | Versión: 006 |
| | | Aprobación: 2023-02-24 |
| REPORTE DE RESULTADOS | | No. Informe: ALH2-2400538 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | |
|---------------------|--|-----------------------|--|
| CLIENTE: | Alabama | UNIDAD DE PRODUCCIÓN: | Alabama |
| CORREO ELECTRÓNICO: | mrueda@aviagen.com,avargas@aviagen.com | DIRECCIÓN: | Vereda La Platilla KM 5 Via Mariquita-Ibague |
| DEPARTAMENTO: | Tolima | MUNICIPIO: | Falan |

| INFORMACIÓN DE LA MUESTRA | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| FECHA TOMA DE MUESTRA: | 2024-02-14 | FECHA DE ANÁLISIS: | 2024-02-14 |
| FECHA DE RECEPCIÓN: | 2024-02-14 | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: | 2024-02-16 |

| ID MUESTRA | | | | | RESULTADOS | | | | | |
|--|------------------------|------|--------|------|--|--|---|---|--|---|
| Id Muestra | Sitio de la Muestra | Lote | Caseta | Edad | Investigación de Aerobios Mesófilos Negativo/Positivo | Investigación de Coliformes Totales Negativo/Positivo | Investigación de E. Coli Negativo/Positivo | Investigación de Pseudomonas Negativo/Positivo | Investigación de Salmonella Ausencia/Presencia (100 ml.) | Determinación de PH Acido (<7.0)/Neutro (7.0) /Alcalino (>7.0) |
| ALH2-2400538-1 | AGUAS ANTES DEL RECIBO | M612 | 1A | 0 | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | N/A | 8.1 |
| ALH2-2400538-2 | AGUAS ANTES DEL RECIBO | F611 | 1B | 0 | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | N/A | 8.1 |
| ALH2-2400538-3 | AGUAS ANTES DEL RECIBO | F611 | 1C | 0 | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | N/A | N/A |
| ALH2-2400538-4 | AGUAS ANTES DEL RECIBO | F611 | 1D | 0 | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | N/A | N/A |
| ALH2-2400538-5 | AGUAS ANTES DEL RECIBO | F611 | 1E | 0 | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | N/A | N/A |
| Límites Normativos / Especificaciones Técnicas | | | | | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | Ausencia | PH: 6 a 9. |
| Método Código interno: PR-CC-005 | | | | | Sustrato Definido | Sustrato Definido | Sustrato Definido | Cultivo Enriquecido | NTC 4574 Método Modificado | Electrometría |

| |
|----------------|
| Observaciones: |
|----------------|


| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-CC-003 |
| | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS | Versión: 006 |
| | | Aprobación: 2023-02-24 |
| REPORTE DE RESULTADOS | | No. Informe: ALH2-2400538 |

Analizó



Lilia Susana Lopez Martinez
Bacteriologa Registro No. 15849
Analista Responsable

Revisó



Lily Johanna Blandon Lozada
Microbióloga

NOTA: Los resultados del presente informe sólo están relacionados con los ítems ensayados. No se debe reproducir el informe de ensayo sin la aprobación escrita del laboratorio
Fin del informe