



FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

**COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA**

Versión: 002


Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	8-feb-22									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 010									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			


**RESULTADOS DE LA MEDICIÓN**

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	77,70	77,10	-0,60	86,0	75,0	-11,00	CUMPLE T°
2	77,80	77,20	-0,60	86,0	71,0	-15,00	
3	25,20	25,20	0,00	86,0	63,0	-23,00	
4	25,30	25,30	0,00	87,0	63,0	-24,00	
5	24,40	24,60	0,20	88,0	66,0	-22,00	
PROMEDIO			-0,20	PROMEDIO		-19,00	

CUMPLE °T  
CUMPLE %HR



NO CUMPLE °T  
NO CUMPLE %HR

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA