

	FORMATOS										Codigo: FO-GI-007	
	COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA										Versión: 002	
											Aprobación: 19/09/2017	
FECHA:			18-feb-20									
UNIDAD PRODUCCION:			ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO			AK 020									
NOMBRE DEL EQUIPO			ESTACIÓN 4-1									
MARCA			LUTRON									
PATRON UTILIZADO °T:			PRECISION RTD THERMOMETER 407907									
RANGO. DEL PROCESO:			T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:			0635 HIGRÓMETRO ANALOGO LUFFT									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA				CLT 342918			FECHA CALIBRACIÓN		21/08/2018			
RANGO. DEL PROCESO:			%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD				CLH 99418			FECHA CALIBRACIÓN		21/08/2018			
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN												
N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones					
1	28,50	30,80	2,30	71,8	65,7	-6,10	NO CUMPLE					
2	28,50	30,70	2,20	72,3	65,6	-6,70						
3	28,50	30,40	1,90	71,3	66,6	-4,70						
4	28,50	30,30	1,80	71,5	65,0	-6,50						
5	28,70	30,20	1,50	71,3	66,0	-5,30						
PROMEDIO			1,94	PROMEDIO		-5,86						
<div> <div> CUMPLE °T CUMPLE %HR </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> NO CUMPLE °T NO CUMPLE %HR </div> <div> <div>X</div> <div>X</div> </div> </div>												
VERIFICADO POR: <u>JOAN VIÑA</u>												