



FORMATOS

**COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA**

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	3-sept-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 014									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA			L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021		
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD			L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021		

**RESULTADOS DE LA MEDICIÓN**

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	25,10	25,12	0,02	69,0	39,0	-30,00	CUMPLE T°
2	25,30	25,32	0,02	69,0	39,0	-30,00	
3	25,60	25,62	0,02	68,0	38,0	-30,00	
4	25,70	25,62	-0,08	68,0	37,0	-31,00	
5	25,70	25,62	-0,08	68,0	37,0	-31,00	
PROMEDIO			-0,02	PROMEDIO		-30,40	

CUMPLE °T  
CUMPLE %HR

X
.

NO CUMPLE °T  
NO CUMPLE %HR

.
X

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA