

 <b>Avicol®</b> <small>AVICOLA COLOMBIANA S.A.</small> <small>GENÉTICA ANIMAL</small> <small>La excelencia como principio</small>	FORMATOS						Código: FO-GI-024				
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003				
							Aprobación: 27/01/2016				
FECHA:		28-jun-21									
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA									
No. EQUIPO:		AK 002									
NOMBRE DEL EQUIPO		TERMÓMETRO NEVERA									
MARCA		DELTATRACK									
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021				
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	2		T Máx. °C:	7		Prom:	4,5	±	0,5
<b>INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON</b>											
ERROR PROMEDIO PATRON		-0,3		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON					0,058		
<b>INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR</b>											
TOLERANCIA		0,5		INCERTIDUMBRE		0,17		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,35	
ANALISIS DE ACEPTACION		0,15									
<b>RESULTADOS DE LA MEDICION</b>											
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO				
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5						
°T Termómetro Patrón	5,4	5,2	5,2	5,2	5,4	5,65	-0,3				
°T Termómetro a Verificar	6	6	6	6,1	6	6,02	0,670				
ANALISIS DE ACEPTACION: Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"											
CUMPLE				NO CUMPLE		X					
VERIFICADO POR: <u>JOAN VIÑA</u>											