



FORMATOS

**COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA**

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

|                                   |                                 |           |  |           |                   |  |            |      |   |   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------|--|------------|------|---|---|
| FECHA:                            | 3-sept-21                       |           |  |           |                   |  |            |      |   |   |
| UNIDAD PRODUCCION:                | ALABAMA                         |           |  |           |                   |  |            |      |   |   |
| CODIGO DEL EQUIPO                 | AK 019                          |           |  |           |                   |  |            |      |   |   |
| NOMBRE DEL EQUIPO                 | ESTACIÓN 4-1                    |           |  |           |                   |  |            |      |   |   |
| MARCA                             | KESTREL                         |           |  |           |                   |  |            |      |   |   |
| PATRON UTILIZADO °T:              | THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A |           |  |           |                   |  |            |      |   |   |
| RANGO. DEL PROCESO:               | T Mín °C:                       | 21        |  | T Máx °C: | 31                |  | Prom:      | 26   | ± | 1 |
| PATRON UTILIZADO °H:              | THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A |           |  |           |                   |  |            |      |   |   |
| CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA |                                 | L22603-21 |  |           | FECHA CALIBRACIÓN |  | 25/03/2021 |      |   |   |
| RANGO. DEL PROCESO:               | %H Mín                          | 55        |  | %H Máx    | 60                |  | Prom:      | 57,5 | ± | 5 |
| CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD     |                                 | L22603-21 |  |           | FECHA CALIBRACIÓN |  | 25/03/2021 |      |   |   |

**RESULTADOS DE LA MEDICIÓN**

| N° de Lecturas | °T Patron | °T Equipo a verificar | Error Equipo | %H Patron | %H Equipo a verificar | Error Equipo | Observaciones  |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1              | 25,20     | 25,82                 | 0,62         | 69,0      | 66,1                  | -2,90        | CUMPLE T° Y H° |
| 2              | 25,30     | 25,92                 | 0,62         | 69,0      | 66,3                  | -2,70        |                |
| 3              | 25,60     | 26,22                 | 0,62         | 68,0      | 66,1                  | -1,90        |                |
| 4              | 25,70     | 26,62                 | 0,92         | 68,0      | 64,5                  | -3,50        |                |
| 5              | 25,70     | 26,62                 | 0,92         | 68,0      | 62,0                  | -6,00        |                |
| PROMEDIO       |           |                       | 0,74         | PROMEDIO  |                       | -3,40        |                |

CUMPLE °T

CUMPLE %HR

|   |
|---|
| X |
| X |

NO CUMPLE °T

NO CUMPLE %HR

|   |
|---|
| . |
| . |

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA