

	FORMATOS						Código: FO-GI-024		
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003		
							Aprobación: 27/01/2016		
FECHA:		24-nov-20							
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA							
No. EQUIPO:		AK 005							
NOMBRE DEL EQUIPO		TRACER DE TEMPERATURA							
MARCA		DATAWACH							
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A							
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°		4184-49522		FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020			
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	21		T Máx. °C:	31		Prom:	26 ± 1
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON									
ERROR PROMEDIO PATRON		0,004		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON				0,034	
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR									
TOLERANCIA		1	INCERTIDUMBRE		0,33	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,67	
ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN		0,33							
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN									
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO		
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5				
°T Termómetro Patrón	29,9	30	29,9	29,9	29,9	29,75	0,004		
°T Termómetro a Verificar	29,4	29,7	29,6	29,7	29,5	29,58	-0,174		
ANÁLISIS DE ACEPTACION: Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"									
CUMPLE		X		NO CUMPLE					
VERIFICADO POR: JOAN VIÑA									