

 Avicol® <small>AVICOLA COLOMBIANA S.A.</small> <small>GENÉTICA ANIMAL</small> <small>La excelencia como principio</small>	FORMATOS						Código: FO-GI-024				
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003				
							Aprobación: 27/01/2016				
FECHA:		28-jun-21									
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA									
No. EQUIPO:		AK 032									
NOMBRE DEL EQUIPO		TERMOMETRO ANALOGO PUNZON									
MARCA		HAWK									
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°			L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	55		T Máx. °C:	60		Prom:	57,5	±	1
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON											
ERROR PROMEDIO PATRON			-0,3		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON				0,058		
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR											
TOLERANCIA		1	INCERTIDUMBRE		0,33		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,68		
ANALISIS DE ACEPTACIÓN			0,32								
RESULTADOS DE LA MEDICION											
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO				
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5						
°T Termómetro Patrón	57,5	58,3	59,2	60,1	60,8	59,24	-0,3				
°T Termómetro a Verificar	58	58	60	60	60,5	59,3	0,360				
ANALISIS DE ACEPTACION:								Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"			
CUMPLE		X		NO CUMPLE							
VERIFICADO POR:		JOAN VIÑA									