

## **INFORME VERIFICACIÓN METROLOGIA**

UNIDAD DE PRODUCCIÓN	ALABAMA		SEMESTRE	Α	CODIGO	AL-A-2022
			-	_		
FECHA DEL INFORME	10-may-22	FECHA DE VERIFICACIÓN	8-feb-22	PROXIMA VERIFI	CACIÓN	7-ago-22

	EQUIPOS DE PESO VERIFICADOS					
CODIGO	EQUIPO	MARCA	OBSERVACIONES			
AK 017	BALANZA DIGITAL	KERN	CUMPLE			
AK 018	BALANZA DIGITAL	KERN	CUMPLE			
AK 015	BALANZA DIGITAL	JAVAR	CUMPLE			
AK 016	BALANZA DIGITAL	JAVAR	CUMPLE			
AK 033	BALANZA DIGITAL	BRECKNELL	CUMPLE			
AK 034	BALANZA DIGITAL	BRECKNELL	CUMPLE			
AK 035	BALANZA DIGITAL	LEXUS ARGOS	CUMPLE			
AK 036	BALANZA DIGITAL	LEXUS ARGOS	CUMPLE			
AK 039	BALANZA DIGITAL	BRECKNELL	CUMPLE			
AK 040	BALANZA DIGITAL	BRECKNELL	CUMPLE			
AK 041	BALANZA DIGITAL	BRECKNELL	CUMPLE			
AK 042	BALANZA DIGITAL	LEXUS ARGOS	CUMPLE			
AK 043	BALANZA DIGITAL	BRECKNELL	CUMPLE			
AK 044	BALANZA DIGITAL EPB 500	BRECKNELL	CUMPLE			
AK 046	BALANZA DIGITAL EPB 500	BRECKNELL	CUMPLE			
AK 047	BALANZA DIGITAL INALAMBRICA	TEK	CUMPLE			

	EQUIPOS DE TEMPERATURA VERIFICADOS						
CODIGO	EQUIPO	MARCA	OBSERVACIONES				
AK 002	TERMÓMETRO NEVERA	DELTATRACK	sonda presenta problema				
AK 005	TRACER DE TEMPERATURA	DATAWACH	CUMPLE				
AK 007	TRACER DE TEMPERATURA	DATAWACH	CUMPLE				
AK 008	TRACER DE TEMPERATURA	COX	CUMPLE				
AK 032	TERMOMETRO ANALOGO PUNZOI	HAWK	CUMPLE				
AK 033-2	TERMOMETRO ANALOGO PUNZOI	TEL - TRU	CUMPLE				
AK 033-3	TERMOMETRO ANALOGO PUNZOI	TEL - TRU	CUMPLE				
AK 034-2	TERMOMETRO ANALOGO PUNZO	TEL - TRU	CUMPLE				
AK 036-2	TERMOMETRO ANALOGO PUNZOI	TECHNIK	CUMPLE				

	EQUIPOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD VERIFICADOS					
CODIGO	CODIGO EQUIPO		OBSERVACIONES			
AK 009	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	EXTECH	CUMPLE T°			
AK 010	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	EXTECH	CUMPLE T°			
AK 012	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	EXTECH	CUMPLE T° Y H°			
AK 013	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	EXTECH	CUMPLE T°			
AK 014	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	EXTECH	CUMPLE T°			
AK 019	ESTACIÓN 4-1	KESTREL	CUMPLE T° Y H°			
AK 020	ESTACIÓN 4-1	LUTRON	CUMPLE T° Y H°			
AK 021	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	ELITECH	EQUIPO NO ENCIENDE			
AK 022	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	ELITECH	CUMPLE T°			
AK 037	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	DELTATRACK	CUMPLE T°			
AK 048	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	EXTECH	CUMPLE T°			
0						

EQUIPOS DE OXIDOREDUCCIÓN VERIFICADOS				
CODIGO	O EQUIPO MARCA OBSERVACIONES			
AK 038	ORP+pH Meter	Hanna	CUMPLE	

EQUIPOS DADOS DE BAJA				
CODIGO	IGO EQUIPO MARCA TIPO DE DAÑO			

сим	PLIMIENTO	VERIFICACIO	ÓN DE EQU	IIPOS
			0%	100%
4%	29%	21%	46%	
REDOX	WEIGHT	TEMPERATURE	HUMIDITY	TOTAL

EQUIPOS PENDIENTES				
CODIGO	EQUIPO	MARCA		
AK 021	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	ELITECH		

OBSERVACIONES GENERALES La unidad de producción debe establecer las respectivas medidas de corrección frente a los incumplimientos reportados en los equipos verificados, estas pueden consistir en (cuando aplique): ajuste de lecturas, cambio de equipos, mantenimiento/reparación del equipo, u otras de acuerdo a las causas del incumplimiento.

JOAN VIÑA	JOHNATAN BARBOSA
REALIZÓ	REVISÓ