



FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	28-jun-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 011									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	26,70	26,60	-0,10	67,0	36,0	-31,00	CUMPLE T°
2	26,90	26,80	-0,10	67,0	36,0	-31,00	
3	27,20	27,10	-0,10	67,0	36,0	-31,00	
4	27,30	27,20	-0,10	64,0	35,0	-29,00	
5	27,30	27,20	-0,10	64,0	35,0	-29,00	
PROMEDIO			-0,10	PROMEDIO		-30,20	

CUMPLE °T
CUMPLE %HR

X
.

NO CUMPLE °T
NO CUMPLE %HR

.
X

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA