



FORMATOS

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002


Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	3-sept-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 012									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA	L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD	L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021			


RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	25,10	25,52	0,42	69,0	48,0	-21,00	CUMPLE T°
2	25,30	25,82	0,52	69,0	48,0	-21,00	
3	25,60	25,92	0,32	68,0	48,0	-20,00	
4	25,70	26,12	0,42	68,0	46,0	-22,00	
5	25,70	26,22	0,52	68,0	46,0	-22,00	
PROMEDIO			0,44	PROMEDIO		-21,20	

CUMPLE °T
CUMPLE %HR



NO CUMPLE °T
NO CUMPLE %HR



VERIFICADO POR: JOAN VIÑA