

## COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

FORMATOS

Versión: 002 Aprobación: 19/09/2017

Codigo: FO-GI-007

FECHA:	28-jun-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 037									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA										
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERA	ATURA	L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021		
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021		

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN									
N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones		
1	25,90	25,80	-0,10	67,0	49,0	-18,00			
2	25,80	25,80	0,00	67,0	49,0	-18,00			
3	25,80	25,80	0,00	67,0	49,0	-18,00	CUMPLE T°		
4	25,70	25,80	0,10	64,0	48,0	-16,00			
5	25,70	25,80	0,10	64,0	48,0	-16,00			
	PROMEDIC	)	0.02	PRO	MEDIO	-17,20			

CUMPLE °T	X	NO CUMPLE °T	
CUMPLE %HR		NO CUMPLE %HR	X

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA