

## FORMATO

## **VERIFICACION DE EQUIPOS DE PESAJE ANALOGOS Y DIGITALES**

Codigo: FO-GI-005 Versión: 006

Aprobación: 26/02/2010

29-jun-21 FECHA:


ALABAMA

DATOS DEL EQUIPO Y PATRON DE VERIFICACION									E.M.P. +- (g)	
No. EQUIPO	ME 009			CARGA MÁXIMA (g)	1 10000 1	RANGO BAJO (g)	0	Α	5000	10
No. Equipo	No. EQUIPO WIE 009		RANGO MEDIO (g)			5000	Α	10000	20	
INSTRUMENTO	BALANZA DIGITAL		CARGA MÍNIMO (g)		RANGO ALTO (g)		Α		#¡VALOR!	
INSTRUMENTO					DIVISION DE ESCALA / RANGO (g)		10			
MARCA	BR	ECKNELL		CLASE	III	UBICACIÓN	MANEJOS ESPECIALES	ESCALA VERIFICACION (g)		10
JUEGO DE PESAS CLASE: M1 NUME		ERO DE CERTIFICADO:	M200374		1	FECHA DEL CERTIFICADO:		27-ago-20		

# **PRUEBAS**

#### 1. PRUEBA DE EXCENTRICIDAD ( PARA BALANZAS DE PLATAFORMA DIGITALES)

FORMA DE PLATAFORMA




1/3 CAF	N/A	
PUNTO	INDICADOR	ERROR
1	N/A	#¡VALOR!
2	N/A	#¡VALOR!
3	N/A	#¡VALOR!
4	N/A	#¡VALOR!
5	N/A	#¡VALOR!

CUMPLE NO CUMPLE 0

3. PRUEBA DE INVARIABILIDAD								
	CARGA BAJA (g)		CARGA MEDIA (g)		CARGA ALTA (g)			
	5000		10000		0			
NUMERO	INDIC	ERROR	INDIC	ERROR	INDIC	ERROR		
1	5000	0	9990	-10	0	0		
2	5000	0	9990	-10	0	0		
3	5000	0	9990	-10	0	0		
4	5000	0	9990	-10	0	0		
5	5000	0	9990	-10	0	0		
6	5000	0	9990	-10	0	0		
7	4980	-20	9990	-10	0	0		
$\overline{X}$	4997,142857		9990		0			
∢ X -carga	-2,857142857		-10		0			
CUMPLE	Х							
NO CUMPLE					•			

# 2. PRUEBA DE EXACTITUD



X OBSERVACIONES: CUMPLE

CUMPLE

JOAN VIÑA

NO CUMPLE

0

RESPONSABLE