



FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|--|-------------------|----|------------|-------|------|---|---|
| FECHA: | 24-nov-20 | | | | | | | | | |
| UNIDAD PRODUCCION: | ALABAMA | | | | | | | | | |
| CODIGO DEL EQUIPO | AK 019 | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL EQUIPO | ESTACIÓN 4-1 | | | | | | | | | |
| MARCA | KESTREL | | | | | | | | | |
| PATRON UTILIZADO °T: | THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A | | | | | | | | | |
| RANGO. DEL PROCESO: | T Mín °C: | 21 | | T Máx °C: | 31 | | Prom: | 26 | ± | 1 |
| PATRON UTILIZADO °H: | THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A | | | | | | | | | |
| CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA | | 4184-49522 | | FECHA CALIBRACIÓN | | 27/02/2020 | | | | |
| RANGO. DEL PROCESO: | %H Mín | 55 | | %H Máx | 60 | | Prom: | 57,5 | ± | 5 |
| CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD | | 4184-49522 | | FECHA CALIBRACIÓN | | 27/02/2020 | | | | |

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

| N° de Lecturas | °T Patron | °T Equipo a verificar | Error Equipo | %H Patron | %H Equipo a verificar | Error Equipo | Observaciones |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1 | 29,20 | 30,10 | 0,90 | 67,0 | 62,1 | -4,90 | CUMPLE T° |
| 2 | 29,40 | 30,30 | 0,90 | 68,0 | 63,6 | -4,40 | |
| 3 | 29,70 | 30,60 | 0,90 | 67,0 | 62,6 | -4,40 | |
| 4 | 29,60 | 30,60 | 1,00 | 66,0 | 61,3 | -4,70 | |
| 5 | 29,90 | 30,80 | 0,90 | 66,0 | 61,4 | -4,60 | |
| PROMEDIO | | | 0,92 | PROMEDIO | | -4,60 | |

CUMPLE °T
CUMPLE %HR

| |
|---|
| X |
| . |

NO CUMPLE °T
NO CUMPLE %HR

| |
|---|
| . |
| X |

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA