

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

FORMATOS

Versión: 002 Aprobación: 19/09/2017

Codigo: FO-GI-007

FECHA:	28-jun-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 021									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	ELITECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERA	RATURA L22603-21 <u>FECHA CALIBRACIÓN</u>			2	25/03/2021					
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21		FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021			

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN							
N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0
4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
	PROMEDIC)	0,00	PRO	MEDIO	0,00	

CUMPLE °T	0	NO CUMPLE °T	0
CUMPLE %HR	0	NO CUMPLE %HR	0

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA