

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

FORMATOS

Versión: 002 Aprobación: 19/09/2017

Codigo: FO-GI-007

							/ .p				
FECHA:	3-sept-21										
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA										
CODIGO DEL EQUIPO	AK 021										
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL										
MARCA	ELITECH										
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A										
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1	
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A										
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA			L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021		
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5	
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021			

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN							
N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	25,10	25,60	0,50	69,0	66,2	-2,80	
2	25,30	25,80	0,50	69,0	66,2	-2,80	
3	25,60	26,10	0,50	68,0	66,1	-1,90	CUMPLE T° Y H°
4	25,70	26,60	0,90	68,0	66,1	-1,90	
5	25,70	26,60	0,90	68,0	66,0	-2,00	
	PROMEDIC)	0,66	PRO	MEDIO	-2,28	

CUMPLE °T	X	NO CUMPLE °T	0
CUMPLE %HR	X	NO CUMPLE %HR	0

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA