


| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|-----------|--|---------------------|-------------------------|---|--------|
|  | FORMATOS | | | | | | Código: FO-GI-024 | | |
| | RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA | | | | | | Versión: 003 | | |
| | | | | | | | Aprobación: 27/01/2016 | | |
| FECHA: | | 18-feb-20 | | | | | | | |
| UNIDAD PRODUCCION: | | ALABAMA | | | | | | | |
| No. EQUIPO: | | AK 007 | | | | | | | |
| NOMBRE DEL EQUIPO | | TRACER DE TEMPERATURA | | | | | | | |
| MARCA | | DATAWACH | | | | | | | |
| PATRON UTILIZADO °T: | | PRECISION RTD THERMOMETER 407907 | | | | | | | |
| CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° | | | CLT 342918 | | FECHA CALIBRACIÓN | | 21/08/2018 | | |
| RANGO. DEL PROCESO: | | T Mín. °C: | 21 | | T Máx. °C: | 31 | | Prom: | 26 ± 1 |
| INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON | | | | | | | | | |
| ERROR PROMEDIO PATRON | | | 0,004 | | INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON | | | 0,034 | |
| INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR | | | | | | | | | |
| TOLERANCIA | | 1 | INCERTIDUMBRE | | 0,33 | | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | | 0,67 |
| ANALISIS DE ACEPTACIÓN | | | 0,33 | | | | | | |
| RESULTADOS DE LA MEDICION | | | | | | | | | |
| | LECTURAS | | | | | LECTURA PROMEDIO | ERROR DEL EQUIPO | | |
| | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 | Lectura 4 | Lectura 5 | | | | |
| °T Termómetro Patrón | 28,5 | 28,6 | 28,5 | 28,5 | 28,6 | 28,49 | 0,004 | | |
| °T Termómetro a Verificar | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,2 | 28,2 | 28,44 | -0,054 | | |
| ANALISIS DE ACEPTACION: | | | | | | | | Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE" | |
| CUMPLE | | X | | NO CUMPLE | | | | | |
| VERIFICADO POR: | | JOAN VIÑA | | | | | | | |