

	FORMATOS						Código: FO-GI-024			
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003			
							Aprobación: 27/01/2016			
FECHA:		18-feb-20								
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA								
No. EQUIPO:		AK 002								
NOMBRE DEL EQUIPO		TERMÓMETRO NEVERA								
MARCA		DELTATRACK								
PATRON UTILIZADO °T:		TERMÓMETRO EXTECH								
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°		CLT 342918		FECHA CALIBRACIÓN		21/08/2018				
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	2		T Máx. °C:	7		Prom:	4,5 ± 0,5	
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON										
ERROR PROMEDIO PATRON		0,004		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON				0,034		
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR										
TOLERANCIA		0,5		INCERTIDUMBRE		0,17		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,34
ANALISIS DE ACEPTACIÓN		0,16								
RESULTADOS DE LA MEDICION										
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO			
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5					
°T Termómetro Patrón	4,8	4,9	5,8	5,7	6,1	5,33	0,004			
°T Termómetro a Verificar	4,7	4,7	5,6	5,5	5,5	5,2	-0,134			
ANALISIS DE ACEPTACION:								Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"		
CUMPLE		X		NO CUMPLE						
VERIFICADO POR:		JOAN VIÑA								