



FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	24-nov-20									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 022									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	ELITECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020			

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	29,20	29,60	0,40	67,0	65,0	-2,00	CUMPLE
2	29,40	29,80	0,40	68,0	66,3	-1,70	
3	29,80	30,00	0,20	67,0	66,3	-0,70	
4	30,10	29,90	-0,20	66,0	65,8	-0,20	
5	29,90	29,90	0,00	66,0	65,4	-0,60	
PROMEDIO			0,16	PROMEDIO		-1,04	

CUMPLE °T
CUMPLE %HR

X
X

NO CUMPLE °T
NO CUMPLE %HR

.
.

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA