



FORMATOS

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	28-jun-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 012									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA	L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN	25/03/2021					
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD	L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN	25/03/2021					

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	26,70	27,00	0,30	67,0	48,0	-19,00	CUMPLE T°
2	26,90	27,30	0,40	67,0	48,0	-19,00	
3	27,20	27,40	0,20	67,0	48,0	-19,00	
4	27,30	27,60	0,30	64,0	46,0	-18,00	
5	27,30	27,70	0,40	64,0	46,0	-18,00	
PROMEDIO			0,32	PROMEDIO		-18,60	

CUMPLE °T
CUMPLE %HR

X
.

NO CUMPLE °T
NO CUMPLE %HR

.
X

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA