



FORMATOS

**COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA**

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	3-sept-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 020									
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTACIÓN 4-1									
MARCA	LUTRON									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA			L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021		
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD			L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021		

**RESULTADOS DE LA MEDICIÓN**

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	25,10	25,72	0,62	69,0	66,1	-2,90	CUMPLE T° Y H°
2	25,30	25,92	0,62	69,0	66,3	-2,70	
3	25,60	26,52	0,92	68,0	62,9	-5,10	
4	25,70	26,62	0,92	68,0	62,5	-5,50	
5	25,70	26,72	1,02	68,0	67,6	-0,40	
PROMEDIO			0,82	PROMEDIO		-3,32	

CUMPLE °T

CUMPLE %HR

X
X

NO CUMPLE °T

NO CUMPLE %HR

.
.

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA