

N° EQUIPO	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	LECTURA PATRON	LECTURA EQUIPO	TEMP AMB	ERROR	AJUSTE	CUMPLIMIENTO
AK 038	HANNA pH ORP Meter	HANNA	7,01	6,97		-0,04	0,04	CUMPLE
			275	325	30,1 °C	50	-50	CUMPLE
SN HA01032284	ANNA pH Meter HI 9810	HANNA	7,01	7,06		0,05	-0,05	CUMPLE