
FOTOMETRO PORTATIL v2.0
Electronica Ing. Biomedica – UDD
Equipo 2 – Seccion 1
J.Sarmiento S.Kotoras J.Otero
J1 BATERIA: 1=BAT+ 2=G (pin1 cuadrado)
J2 TP4056: 1=VBAT 2=G 3=5V 4=G (pin1 cuadrado)
J4 OLED: 1=3V3 2=G 3=SDA 4=SCL (pin1 cuadrado)
MH1
MH2
SW3
MEDIR
J1
BATERIA
SW1
J2
C4
C5
TP4056
ON/OFF
C2
C7
OLED
C6
C3
J4
R1
R2
J3 ESP32: 1=5V 2=G 3=3V3 4=SDA 5=SCL 6=CAL 7=MED (pin1 cuadrado)
J3
R3
R4
J5
TCS34725
J5 TCS34725: 3=SDA 4=SCL 6=G 7=3V3 (pin1 cuadrado)
SW2
C1
MH3
ESP32
CALIBRAR
MH4