新規測定試薬 LASAY オート KL-6(II) の基礎的検討

◎早野 友亮[1)]、遠藤 彩音[1)]、佐藤 匠[1)]
JA 岐阜厚生連 岐阜・西濃医療センター 西濃厚生病院[1)]

【目的】KL-6 は間質性肺炎の診断および病勢評価に有用な血清マーカーである。今回、KL-6 の新規測定試薬である LASAY オート KL-6(II)(デンカ)の基礎性能を評価し、日常検査への適用可否を検討した。
【方法】評価項目は、精度として併行精度および室内再現精度、検出性能として LoB/LoD/LoQ、測定範囲の検証として希釈直線性、高濃度域でのプロゾーン効果、共存物質の影響、ならびに既存法であるナノピア KL-6(セキスイ)との 2 法比較を行った。機器は BM 6070G (シスメックス BioMajesty)を使用した。
【結果】併行精度は Low で平均 370.4 U/mL、CV 1.08%、High で平均 1001.0 U/mL、CV 0.35%であった。室内再現精度は Low で平均 359.6 U/mL、CV 0.96%、High で平均 991.1 U/mL、CV 0.69%であり、いずれも良好な精度を示した。LoB は 5.22 U/mL、LoD は 11.52 U/mL、LoQ は 33.88 U/mL で、低濃度域での検出・定量性能を確認した。希釈直線性は 500 U/mL および 1000 U/mL で良好であり、5000 U/mL までは決定係数 $R^2 = 0.9997$ と高い直線性を示したが、6250 U/mL では回収率 88.7%と低下を認めた。さらに高濃度域ではプロゾーン効果を認め、約 9600 U/mL 以上にてプロゾーンチェック機能が働いた。共存物質の影響は、アスコルビン酸、ビリルビン、溶血、乳びのいずれも許容範囲内であった。2 法比較は 145 検体で行い、相関係数 $r = 0.994$、回帰式 $y = 1.017x+9.05$、総許容誤差 TEa 18.0%であり、高い相関性と許容可能な誤差を示した。
【まとめ】本試薬は精度、感度、相関性のいずれにおいても良好な成績を示した。
【結語】KL-6 の日常検査に十分適用可能と考えられたが、5000U/mL 以上の高濃度検体ではプロゾーンおよび回収率低下に留意し、希釈再測定が必要である。

JA 岐阜厚生連 岐阜・西濃医療センター 西濃厚生病院
連絡先：0585-36-1100(内線 1050)