# 自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723 GR01 を用いた HbA1c 測定法の比較検討

◎北野 紘美[1)]、岩瀬 莉乃[1)]、末松 エリカ[1)]、森 さゆり[1)]
社会医療法人清光会 岐阜清流病院[1)]

【はじめに】HbA1c は過去 1〜2 か月の血糖値を反映し，血糖コントロールの指標として用いられている．今回東ソー株式会社自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723 GR01 を導入するにあたり，酵素法との比較検討を行ったので報告する．

【方法】当院で HbA1c 測定依頼のあった 192 例の検体を対象に東ソー株式会社自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723 GR01（以下 HPLC 法）と，日立自動分析装置 LABOSPECT006 を用い、キャノンメディカルダイアグノスティックス株式会社製メタボリード HbA1c（以下酵素法）を使用し検討を行った．なお本検討は東ソー株式会社との共同研究であり，岐阜清流病院院内倫理委員会の承認を得て実施した．（承認番号：092）

【結果】1.HPLC 法･酵素法相関 y =0.923x+0.602　$R^2$＝0.979（N=192）で全体的な相関は良好であった. 2.HbF が 2.0%以上の 22 検体について，F 除去の有無による比較　F 除去なし　y =0.863x+1.008　$R^2$ ＝ 0.909　F 除去あり　y =0.885x+1.040　$R^2$＝0.930　HPLC 法・酵素法の相関はほとんど差はなかった．3.Hb 濃度と GR01 Total Area の関係　y =64.890x-0.092　$R^2$＝0.896　強い相関を確認できた. 4.初検 Short モード 30 秒で迅速結果報告が可能で，フラグ発生時のみ STAT 測定で容易に Long モード再検できる．低コストを維持できる．

【まとめ】酵素法と HPLC 法の HbA1c について，全体的な相関は良好であった．HbF に着目した比較は困難であった．Hb 濃度と Total Area の相関は良好であった．GR01 では前処理不要の全血測定が可能で，Total Area を外れた場合の再検や異常 Hb の検出が可能であり，より短時間での報告が可能であった．

連絡先　058-239-8111（2860）