BCP 対策における NX700 の有用性の評価

◎高山 知子[1)]、奥泉 祐子[1)]、中庄 沙樹[1)]、竹本 賢一[1)]、中出 祐介[1)]
金沢大学附属病院検査部[1)]

【はじめに】当院では、日常検査として NH3 測定に富士フイルム社製 FDC NX700（以下 NX700）を使用している。そのため、金沢大学病院事業継続計画書（BCP）には発災後の断水対策としてドライケムを用いることとなっている。

【目的】BCP 対策として使用するにあたり NX700 と日常検査機器との一致性を評価する。

【方法】生化学項目依頼検体の残余検体（血清）及び、ガス分析依頼検体の残余検体（血漿）を用いて、LABOSPECT 008α（日立ハイテク）（以下 H008α）と NX700 との相関性を評価する。測定項目は UN、UA、CRE、Ca、Mg、IP、TP、ALB、T-Bil、D-Bil、AST、ALT、γ-GT、ALP、LD、CK、AMY の 17 項目とした。

【結果】血清検体(ｎ=30)の回帰式、相関係数の一部を表に示す。T-Bil で 4 件の乖離検体がみられた。いずれも腎不全患者の検体であった。LD で 300U/L 以上の検体でばらつきがみられたがアイソザイムによる反応性が影響した可能性が考えられた。血漿検体も血清と同様な結果であった。

【まとめ】NX700 と日常検査機器との測定値は概ね良好な一致を示した。T-Bil および LD のように一部注意を要する項目が認められたが、BCP 発動時の代替測定機器として有用であることが示唆された。

	回帰式	相関係数
UN	y = 1.05x + 0.18	r = 1.000
UA	y = 1.01x + 0.06	r = 0.999
CRE	y = 1.02x - 0.11	r = 0.999
Ca	y = 1.02x - 0.54	r = 0.937
IP	y = 1.10x - 0.22	r = 0.994
TP	y = 1.02x - 0.16	r = 0.989
ALB	y = 1.07x - 0.30	r = 0.919
T-Bil	y = 0.97x - 0.07	r = 0.996
AST	y = 0.95x + 1.08	r = 1.000
ALT	y = 0.98x + 0.21	r = 0.999
LD	y = 1.18x - 46.4	r = 0.984
CK	y = 0.96x + 6.47	r = 0.998

連絡先　076-265-2000（内線 7163）