新規標準液を用いたCRP測定試薬『CRP－ラテックス X２「生研」NX』の基礎的検討

◎末松 エリカ[1)]、北野 紘美[1)]、岩瀬 莉乃[1)]、森 さゆり[1)]
社会医療法人清光会 岐阜清流病院[1)]

【はじめに】C 反応性蛋白（C-reactive protein: CRP）は、炎症マーカーとして生体における炎症の程度や感染症の活動性を評価する指標として臨床の場で広く用いられている。
今回、生化学自動分析装置更新に伴い、新たな標準液が上市された CRP 測定試薬 CRP-ラテックス X2「生研」NX の基礎的検討を行ったので報告する。
【方法】試薬 : CRP-ラテックス X2「生研」NX（デンカ株式会社）。標準液 : CRPNX 標準液 WH（デンカ株式会社）。測定装置 : LABOSPECT 006α（株式会社日立ハイテク）。検討内容 : 併行精度、希釈直線性、プロゾーン現象、検出限界、共存物質の影響、従来試薬との相関。相関データは、CRP 測定依頼のあった患者の残余検体 90 検体を対象として検討した。（倫理審査委員会承認 No.096）
【結果】併行精度 : 低濃度域は CV 1.636%、高濃度域は CV 1.025%と、良好な精度を示した。希釈直線性 : 40.0 mg/dL まで良好な直線性を認めた。プロゾーン現象 : 100.0 mg/dL までプロゾーン現象を認めなかった。検出限界 : 2.6SD 法で検出限界値として実測値 0.0059 mg/dL を得た。共存物質の影響 : 溶血 500 mg/dL、ビリルビン 30 mg/dL、乳び 3000 FTU、アスコルビン酸 50 mg/dL まで影響を認めなかった。従来試薬との相関 : 従来試薬 LT オートワコーCRP-HSII（富士フイルム和光純薬株式会社）を LABOSPECT 006（株式会社日立ハイテク）で測定した結果、相関係数 r = 0.998、回帰式 Y = 0.958X + 0.163 であった。
【考察】CRP-ラテックス X2「生研」NX の基礎的検討は良好な結果であった。さらに、従来試薬の直線性が 35.0 mg/dL であったのに対し、検討試薬では 40.0 mg/dL まで直線性上限が拡張された。これにより、高値検体の再測定検体数の減少、結果報告時間の短縮が期待される。
連絡先　058-239-8111（内線 2860）