LABOSPECT006α への機器更新と業務改善の取り組み

◎岩瀬 莉乃[1)]、末松 エリカ[1)]、北野 紘美[1)]、森 さゆり[1)]
社会医療法人清光会 岐阜清流病院[1)]

【目的】生化学自動分析装置 LABOSPECT006 から LABOSPECT006α への更新に伴い、処理能力維持の確認と日立運用サポートプラン導入による作業負担の軽減・業務改善についての取り組みを行ったので報告する。

【方法】1.LABOSPECT006 と LABOSPECT006α において、検体を装置に架設後、検査システムから電子カルテへ結果が送信されるまでのログを分析し、更新後も同等の処理能力が維持されているか確認した。(倫理委員会承認 No.095)
2.装置更新過程において、日立運用サポートプランを活用した運用見直しによる業務改善効果について、導入前後で分析を行った。

【結果】1.検体処理時間は、LABOSPECT006 が約 22 分、LABOSPECT006α が約 20 分であった。
2.①更新前：試薬選定・機器試薬検討内容の説明を受け十分な打ち合わせが出来た。②更新時：旧機器のパラメータや高濃度検体の再測定条件の確認と見直しが出来た。日常メンテナンスの実施時間設定の変更を行い日中の作業時間が大幅に短縮された。さらに、採血容器直接搭載の調整にて血清分注作業が不要となり感染対策・医療安全対策・作業負担の軽減に加え、分離容器のコストおよび廃棄物の削減効果が得られた。血清情報測定を生食で行い試薬削減となった。③更新後：院内基準範囲の根拠の確認や検査実績の項目依頼集計と定期採血予定から試薬交換推奨時期を算出したアラームを設定し、適切なタイミングでの試薬補充が可能となり未使用試薬の装置内滞留時間が短縮され試薬劣化防止につながった。④その後の定期訪問：試薬安定性や精度管理結果をもとにさらに試薬搭載条件の見直しや精度管理試料の管理改善にて安定した結果が得られた。

【まとめ】LABOSPECT006α への更新後も同等の処理能力が維持されていることが確認でき、変わらず正確な結果報告が可能となった。加えて、日立運用サポートプランを導入　したことで、更新前から現状に至るまでの疑問や課題を気軽に相談改善でき、作業負担の軽減と業務改善が達成され、経験が浅い人においても安心して機器更新を行えることが示唆された。連絡先：058-239-8111（2860）