ヘリコバクター・ピロリ抗体測定試薬の比較検討について

◎畠山 令[1)]、吉岡 辰泰[1)]、石井 浩崇[1)]、岡﨑 陽子[1)]、後藤 寛子[1)]、加藤 貴紀[1)]
ＮＴＴ東日本 伊豆病院[1)]

【背景・目的】
ヘリコバクター・ピロリ（HP）抗体検査はABC分類による胃癌リスク層別化に用いられる。当院では2025年10月に抗体測定試薬を変更したため、変更前後でABC分類および上部内視鏡所見との関連を比較検討した。
【対象・方法】
当院健診受診者のうちABC分類および上部内視鏡検査を施行した症例を対象とし、旧試薬群と新試薬群で比較した。評価項目はABC分類の分布および内視鏡所見とした。
【結果】試薬変更後、ABC分類の分布に変化を認め、特にB群は22例から116例へ増加した。B群には内視鏡で明らかな異常を認めない症例が含まれた一方、C1〜O1の萎縮所見を有する症例も増加した。またA群では萎縮所見を有する症例の割合が減少した。
【考察】
新試薬導入後、HP抗体陽性判定の増加に伴いABC分類ではB群が増加した。B群には内視鏡的異常を認めない症例が含まれる一方、萎縮所見を有する症例も増加していた。また、A群における萎縮所見例は減少しており、新試薬が従来A群に分類されていた一部のリスク症例をB群として再分類した可能性が考えられた。試薬変更はABC分類による胃癌リスク評価に影響を及ぼす可能性があり、その特性を踏まえた結果の解釈が重要と考えられた。

NTT伊豆病院検査室　055-978-2320