HCG 院内導入に向けた試薬基礎検討

◎後藤 真美[1)]、林 みほ[1)]、羽田野 美奈子[1)]、森本 剛史[1)]、後藤 幸雄[1)]、菊地 良介[2)]
社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院[1)]、岐阜大学医学部附属病院[2)]

【目的】HCG とは胎盤絨毛で生成、分泌される糖蛋白ホルモンであり、妊娠の早期診断や胎盤機能評価に有用な指標である。当院産婦人科より、不妊治療における迅速な治療方針決定を目的として、HCG 院内測定化の要望があった。一方、院内導入に際しては測定精度や外注検査との整合性を十分に評価することが重要である。今回、HCG の院内測定に向けた基礎的検討を行ったので報告する。
【機器・試薬】測定機器は Accuraseed（富士フイルム和光純薬）を使用した。試薬はアキュラシード HCG（富士フイルム和光純薬）を用いた。対照法（外部委託）は CLEIA 法とした。
【方法と対象】診療目的で採血された患者残血清 18 検体および管理試料 2 濃度を対象とした。基礎的性能評価として、併行精度、日差再現性、希釈直線性、対照法との相関性について検討した。
【結果】併行精度は 2 濃度の管理試料を用いて 20 回連続測定した結果、CV は 3.3〜3.8%であった。日差再現性は 2 濃度の管理試料を 20 日間測定した結果、CV は 3.6〜3.8%であった。直線性は y=0.988x-110.73、r=0.9989、対照法（外部委託）との相関は、y=1.015x-6.5363、r=1.000（n=18）であった。
【考察】アキュラシード HCG は再現性および直線性などの基本的性能に優れており、対照法との相関性も良好であったことから、院内測定への導入に有用であると考えられた。
【結語】従来の外部委託検査では結果報告までに 2〜4 日要していたが、Accuraseed は約 10 分で測定可能であり、迅速な結果報告による臨床現場への貢献が期待される。
連絡先：058-388-0111（内線：2235）