「Alinity Anti-HCV Next」の基礎的検討

◎荻原 実玖[1)]、大塚 美和[1)]、石川 秀和[1)]、村松 すみれ[1)]、尻無濵 真子[1)]
掛川市袋井市病院企業団 中東遠総合医療センター[1)]

【目的】
C 型肝炎のスクリーニング検査は、HCV 抗体を測定する方法が一般的である。現在当院では抗 HCV 抗体検出試薬「Alinity Anti-HCV」(以下 HCV Ab・アボット)を使用している。今回新しく抗 HCV 試薬「Alinity Anti-HCV Next」（以下 Aniti-HCV Next）が発売された。現行品と比較して院内導入時基礎検討を実施し、結果を報告する。
【方法】
化学発光免疫測定法を原理とする測定機器「Alinity i」を用いて測定を行った。測定項目をミラー化している 2 台分（1 号機、2 号機）の検討を同条件で行った。両試薬ともに 1.0S/CO 未満を陰性、1.0S/CO 以上を陽性の判定基準とした。①正確性について、純正キャリブレータ（Anti-HCV Next Callibrator)測定と純正コントロール試料（Anti-HCV Next Controls)測定を行った。②機器間の併行精度について、純正コントロール試料 2 濃度分をそれぞれ 20 回分測定し、1 号機 2 号機間で確認をした。③同時再現性について、純正コントロール試料 2 濃度と、キャノンメディカル社 ACCURAN810 コントロール試料（陽性・陰性）を測定し比較検討を行った。④判定一致率について、血清 33 検体について Aniti-HCV Next を用いて測定し、HCV Ab・アボットと比較した。
【結果・考察】
①純正キャリブレータ、純正コントロールは、Aniti-HCV Next での測定で表示範囲内の値であることを確認した。②1 号機陰性試料 CV が 18.7%、陽性試料 CV が 1.5%であった。また、2 号機の陰性試料 CV が 20.0%、陽性試料 CV が 1.5%であった。両号機間でバラつきがないことを確認した。③両コントロール試料ともに表示範囲内であることを確認した。④HCV Ab・アボットと Anti-HCV Next の試薬間での判定一致率は 81.8%だった。陽性一致率は 37.5%、陰性一致率は 96.0%だった。
以上の結果から「Aniti-HCV Next」は、現試薬と同様、C 型肝炎患者のスクリーニング検査として拾い上げに有効だと考察する。
連絡先 0537-21-5555（内線 22219）