HCV 抗体陽性症例における HCV 抗原測定の有用性の検討

◎小澤 朋佳[1)]、坂口 茜[1)]、下仮屋 雄二[1)]、杉本 和史[1)]
三重大学医学部附属病院[1)]

【目的】C 型肝炎のスクリーニングには HCV 抗体が用いられているが、過去の感染歴や治療歴の影響で抗体が陽性となるため、現在も感染が継続している症例の特定には HCV RNA の測定が必要となる。しかし、HCV RNA の測定は外注検査を要する場合が多く、結果判明までの時間やコストに課題がある。一方、HCV 抗原測定は院内免疫分析装置で迅速な判定が可能である。本研究では、HCV 抗体陽性者における HCV 抗原測定の有用性を検討した。
【方法】2025 年 9 月から 2026 年 2 月末までに当院において HCV 抗体を測定し、陽性であった症例のうち、残余検体を保存ができた症例について HCV 抗原の測定を行った。測定機器には生化学・免疫インテグレーション装置 Alinity i システム CI (アボットジャパン合同会社)を使用し、測定試薬として HCV Ab・アボット、HCV Ag・アボットを使用した。HCV 抗体は 1.0 S/CO 以上、HCV 抗原は 3 fmol/L 以上を陽性とした。
【結果】期間中に 6129 症例に対して HCV 抗体が測定され、119 例（1.94%）が陽性であった。そのうち 113 検体について HCV 抗原の測定を行い、12 例（10.6%）が陽性であった。抗原陽性者の抗原量は最小値が 15.59fmol/L、最大値は 13619fmol/L で中央値は 3030fmol/L だった。抗原陽性者の HCV RNA は全例陽性で、有意な正の相関を示した（$r=0.919$, $p<0.01$）。また、抗原陽性例における HCV RNA の最小値は 3.7logIU/ml であった。
【考察】HCV 抗原は院内免疫装置で迅速に測定可能であり、本研究において抗原陽性例は HCV RNA と良好な相関を示した。また、比較的低値の RNA 量を有する症例においても検出が可能であった。 以上のことから、既存の HCV 抗体と組み合わせることで、院内での迅速な感染判定や精査が必要な症例の拾い上げに有用な検査法であると考えられた。

小澤　朋佳
三重大学医学部附属病院　検査部
059-231-5162
t-kozawa@med.mie-u.ac.jp