Alinity i を用いた新規 Anti-HCV・アボットの基礎的・臨床的性能評価

◎野村 ひろみ[1)]、塚本 雄介[1)]、細江 祐月[1)]、谷口 容[1)]、浅香 敏之[1)]、中田 聡子、黒瀬 望
独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター[1)]

【背景・目的】
C 型肝炎（HCV）罹患者数は、抗ウイルス薬の進歩により減少傾向にあるが、現在でも感染の自覚のない場合や未受診の患者がいるなど、依然として課題が残っている。今回検討する新規試薬は従来試薬より検出感度の向上、偽陽性の低減された設計となっており、当院では 5 月下旬に切り替えた。今回我々は新規試薬の基礎的検討及び臨床的性能評価を行ったので報告する。
【検討対象と方法】
対象は 2026 年 3 月から同年 4 月までの HCV 抗体検査実施検体から 31 件を抽出し、従来 HCV Ab・アボットと新規 Anti-HCV・アボットの 2 試薬、機器は Alinity i（すべてアボット合同株式会社）を以下の方法に用いた。①変動係数（CV）：陽性コントロール（陰性コントロールは添付文書に基づき対象外）を用いて、1 日 1 回（N=1）15 日間測定した。②判定一致度：陽性・陰性・全体一致率③相関性：定量値を用いる。これらついて検討した。
【結果】
①CV 値は従来 3.61%、新規で 3.87%であった。②全体一致率は 87.1%、陽性一致率 85.7%、陰性一致率 88.2%であった。従来と新規で判定結果の乖離が 4 例（従来陰性・新規陽性が 2 例、従来陽性・新規陰性が 2 例）認められた。③新規は従来と比較して陽性例の数値が高値化し、陰性例では低値化する傾向が見られ、相関係数は 0.795 であった。
【評価】
新規試薬は従来試薬と比較し、同等の再現性を有し、判定一致度も良好であったことから、試薬の切り替えは妥当であると考えられた。定量値において測定値の傾向に差があるため、当院では時系列でのデータ評価に関し切り替え前に臨床側に周知をし、理解が得られたためスムーズに移行することができた。しかしながら判定結果の乖離は、切り替え後 4 件報告されている。PCR 検査での確認が望ましいが、その伝達方法は検討中である。