新規第VIII・IX凝固因子ｷｯﾄ「ｺｱｸﾞﾋﾟｱ 欠乏血漿 FVIII」「ｺｱｸﾞﾋﾟｱ 欠乏血漿 FIX」の基礎性能評価

◎仲上 祐也[1)]、坂野 容菜[1)]、榎本 めぐみ[1)]、塚本 実奈子[1)]、小川 実加[1)]、中山 享之[1)]
愛知医科大学病院[1)]

【目的】第VIII凝固因子(以下、FVIII)、第IX凝固因子(以下、FIX)測定は、血友病の診断や凝固因子補充療法のモニタリングとして有用である。今回、積水メディカル株式会社の新規第VIII凝固因子キット「コアグピア 欠乏血漿 FVIII」と第IX凝固因子キット「コアグピア 欠乏血漿 FIX」について、基礎性能評価の機会を得たので報告する。
【方法】血液凝固自動分析装置 CP3000、コアグピア用コントロール P-N(F)I･II(以下、CPI･CPII)、コアグピア APTT-N APTT 試薬、塩化カルシウム液((株)積水メディカル）と患者血漿を用い 1)併行精度、2)日内再現性、3)オンボード安定性、4)相関性について検討した。対照欠乏血漿として、現行キット(トロンボチェック血液凝固第VIII･IX因子定量キット((株)シスメックス))を使用した。
【結果】1)併行精度:CPI･CPIIを 10 回連続測定した結果、CV は FVIII:CPI 2.09%、CPII 2.13%、FIX:CPI 1.32%、CPII 1.88%であった。2)日内再現性:調整後冷蔵保管した欠乏血漿を用い、調整直後と 4 時間後、調整直後と 8 時間後の CPI･CPII測定値で CV を算出した結果、4 時間後 FVIII:CPI 0.00%、CPII 1.33%、FIX:CPI 0.67%、CPII 0.57%、8 時間後 FVIII:CPI 1.17%、CPII 0.44%、FIX:CPI 0.67%、CPII 0.00%であった。3)オンボード安定性:調整後装置内(室温)で保管した欠乏血漿を用い、調整直後と 4 時間後、調整直後と 8 時間後の CPI･CPII測定値で CV を算出した結果、4 時間後 FVIII:CPI 5.26%、CPII 2.21%、FIX:CPI 9.89%、CPII 7.82%、8 時間後 FVIIIで CPI 16.98%、CPII 11.62%、FIX:CPI 26.36%、CPII 27.05%であった。4)相関性:患者血漿 30 件にて相関性を確認した結果、FVIIIは回帰式 y=1.15x-7.64、相関係数 r=0.99、FIXは y=0.98x+10.50、r=0.97 であった。
【考察・結論】検討キットの基礎性能は概ね良好であり、測定時以外は冷蔵保存が必要と考えられた。相関性の検討において FVIIIの低濃度領域で低値傾向が見られたが、検討キットは標準物質の低値域での設定ポイントが多く、より精度よく測定できたものと考えられた。FIXの加算誤差は標準物質の違いも一因であると推察されるため、院内導入の際は注意が必要と考えられた。連絡先：0561-62-3311