CS-5100 におけるナノピア P-FDP とナノピア D ダイマーの基礎検討及び TAT の比較

◎鳥谷 周平[1)]、大塚 美和[1)]、髙坂 仁美[1)]、平山 すみれ[1)]、村松 すみれ[1)]、尻無濵 真子[1)]、大石 藍[1)]、山下 紗奈[1)]
掛川市袋井市病院企業団 中東遠総合医療センター[1)]

[はじめに] FDP・D ダイマーは播種性血管内凝固や静脈血栓症の診断、および凝固・線溶亢進状態を知るマーカーとして用いられている。今回、積水メディカルの FDP と D ダイマーの試薬検討､およびターンアラウンドタイム(TAT)測定を行ったので報告する。
[対象および方法]測定機器は Sysmex の CS-5100 を使い､検討試薬は積水メディカルのナノピア P-FDP とナノピア D ダイマーを用いた｡従来試薬は Sysmex のリアスオート P-FDP とリアスオート D ダイマーネオである。使用した検体は検査依頼があり研究の同意を得られた外来患者と入院患者の 3.2%クエン酸ナトリウム加静脈血漿を用いた。
[結果]併行精度は精度管理用試料 2 濃度を用い 10 回測定し、FDP は CV1.11～1.40%、D ダイマーは CV0.00～1.04%であった｡日差再現性は精度管理試料 2 濃度を 26 日間 2 重測定し、FDP は CV3.82～3.92%、D ダイマーは CV2.95～3.70%であった。希釈直線性は高値試料を段階希釈し、添付文書記載の測定上限である FDP:120μg/mL,DD:60μg/mL まで期待値に対する相対比が 100±15%であることを確認した。従来試薬との相関は FDP で y=0.8546x+0.04, r=0.9805, D ダイマーで y=0.5983x+0.47, r=0.9839 であった。FDP を 5 検体測定したときの TAT は検討試薬で 442 秒､従来試薬で 588 秒であり、D ダイマーを 10 検体測定したときの TAT は検討試薬で 472 秒、従来試薬で 677 秒であった。また同条件で、積水メディカルの CP3000α にて検討試薬を測定した TAT は、FDP は 531 秒、D ダイマーは 560 秒であった。
[結論] CS-5100 におけるナノピア P-FDP とナノピア D ダイマーの基礎検討結果は良好であり､従来試薬に比べ TAT が短縮された。また､異なる機器で測定したときに TAT の違いがみられ、CS-5100 で検討試薬を使用した場合はより迅速な結果報告ができることが期待された。

掛川市袋井市病院企業団 中東遠総合医療センター
0537-21-5555
検体検査室(内線番号:22218)