GENECUBE 低温域ピークで診断した皮膚 M. haemophilum 感染症

◎倉内 環来[1)]、東本 祐紀[2)]、村山 元秀[1)]、小島 奏汰[1)]、濱岸 真奈美[1)]、星 雅人[2)]
藤田医科大学病院[1)]、藤田医科大学[2)]

【はじめに】*Mycobacterium haemophilum* は易感染患者における皮膚感染症などを引き起こすことが知られている。至適発育温度は25～30℃で、発育にヘミンや鉄を必要とする。通常の37℃抗酸菌培養条件では検出が難しく、ヒツジ血液寒天培地やチョコレート寒天培地などによる低温培養が必要である。今回、GENECUBE MTB で皮膚組織から通常より低温域で検出ピークを認めたことを契機に培養条件を見直し、*M. haemophilum* と同定した皮膚感染症の一例を経験したので報告する。

【症例】患者は 50 歳代、女性。約 10 年前に腎移植を受け、免疫抑制剤を継続服用中であった。全身の紅斑精査のため皮膚組織生検が施行されたが、初回検体では確定診断に至らず、通院下にて繰り返し皮膚組織生検が提出された。

【臨床微生物学的検査】皮膚組織に対して GENECUBE MTB を実施したところ、通常の結核菌群とは異なる低温域に検出ピークを認め、結核菌群の確定には至らなかった。さらに複数回提出された皮膚組織でチールネルゼン染色陽性を認めたこと、通常の抗酸菌培養では発育を認めなかったことから、*M. haemophilum* を含む非結核性抗酸菌を疑い、ポアメディア® 羊血液寒天培地M70（栄研化学）を用いた30℃低温培養を開始した。培養開始から約 6 週間後に灰色の微小コロニーの発育を認め、MALDI バイオタイパー（Mycobacteria version 7, Bruker）にて、*M. haemophilum* と同定した。

【考察・結語】*M. haemophilum* は GENECUBE MTB の融解曲線解析において低温域で検出ピークを示すことが報告されている。その要因として、MTB のプローブ結合領域と *M. haemophilum* の遺伝子領域に類似性があるためと考えられている。本症例は融解曲線での低温域検出ピークを契機に、*M. haemophilum* を含む非結核性抗酸菌を疑い低温培養を追加することで *M. haemophilum* を同定することができた。皮膚病変を有する易感染患者で GENECUBE MTB の融解曲線解析に低温域ピークを認めた場合には、*M. haemophilum* を念頭に低温培養やヘミン・鉄を含む培地を考慮した培養条件の追加を検討する必要がある。

藤田医科大学病院　0562-93-2304（内線 2304）