当院における尿分注ミス軽減へ向けた取り組み

◎長谷川 圭[1)]、大川 一正[1)]、山口 幸代[1)]、寺本 麻菜美[1)]、大西 沙希[1)]、川口 恵利奈[1)]、前田 玲那[1)]、上阪 浩矛[1)]
三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院[1)]

【はじめに】
検体検査室における医療安全の取り組みの中で、インシデントの原因を分析し、予防することは重要である。尿検体の分注ミスは、医療現場における重要なインシデントの一つであり、誤った診断や治療につながる可能性があるため、医療安全管理上の重要な課題として認識されている。今回、我々は尿検体の分注ミス軽減のため、運用の見直しを行ったので報告する。

【背景】
当院の検体検査部門では 8 名の技師が従事しており、外来診療が集中する午前中の繁忙時間帯における尿分注工程において、取り違えや分注漏れ等のヒヤリハットが散見されていた。これらの人的ミスは、誤報告に直結する重大なリスクであるが、自動分注機の導入はコスト面や設置スペースの制約から困難な状況にある。
そのため、限られた人員や予算と既存の設備条件下で、いかに尿分注ミスを減らすかが課題であった。

【目的】
限られた人員や予算内での工夫を行い、尿の分注ミスを軽減すること。

【方法】
8 名の技師にそれぞれ異なる色の蛍光ペンを割り当て、分注後のラベルにマーキングを行う。これにより、誰が分注したかを一目で判別できる簡易的なトレーサビリティ体系を構築し、実際に運用を行った。

【結果】
新しい運用の導入後、インシデント発生件数は現在 0 件と激減した。技師の当事者意識向上と注意力の維持に有効であった。

【考察】
マーキングという痕跡を残す作業が心理的なブレーキとなり、多忙時の注意散漫を防ぐ効果があったと考えられる。また、エラー発生時の責任の所在が可視化されることで、組織全体の医療安全に対する意識が強化されたと考えられる。

連絡先 0598-21-5252(内線：3327)