
Die fehlenden Ergebnisse - Schwefeldioxid (SO₂), Stickstoffdioxid (NO₂) und Ozon (O₃) - an der Messstelle Stephansplatz sind auf der zu geringen Verfügbarkeiten der Messwerte, verursacht durch eine Störung im Ansaugsystem, zurückzuführen.