6 Monatsmittelwerte

| Jänner 2015 | SO ₂ | PM ₁₀ | PM _{2,5} | NO ₂ | СО | O ₃ |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | MMW [µg/m³] | MMW [µg/m³] | MMW [µg/m³] | MMW [µg/m³] | MMW [mg/m³] | MMW [µg/m³] |
| Stephansplatz | ı | - | - | - | - | - |
| Taborstraße | - | 23 | 16 | 37 | 0,4 | - |
| AKH | - | 20 | 15 | 30 | - | - |
| Belgradplatz | - | 20 | - | 31 | - | - |
| Laaer Berg | - | 19 | - | 28 | - | 34 |
| Kaiser-Ebersdorf | 4 | 20 | - | 26 | - | - |
| A23-Wehlistraße | 4 | 21 | 15 | 32 | 0,3 | - |
| Gaudenzdorf | - | 21 | - | 35 | 0,4 | - |
| Hietzinger Kai | - | - | - | 48 | 0,4 | - |
| Kendlerstraße | - | 20 | 16 | 28 | - | - |
| Schafberg | 3 | 19 | - | 19 | - | - |
| Hermannskogel | 4 | - | - | 13 | - | 49 |
| Hohe Warte | 4 | - | - | 26 | - | 37 |
| Gerichtsgasse | - | 21 | - | 29 | - | - |
| Lobau | - | - | 13 | 16 | - | 40 |
| Stadlau | 4 | 21 | 16 | 29 | - | - |
| Liesing-Gewerbegebiet | - | 18 | - | 28 | - | - |

Tabelle 10: Monatsmittelwerte

Aufgrund einer zu geringen Verfügbarkeit von Messwerten bei Feinstaub (PM₁₀) an der Messstelle Lobau – verursacht durch eine Verunreinigung des Ansaugsystems – konnte kein Monatsmittelwert gebildet werden.

7 Verfügbarkeit der Messergebnisse

| Jänner 2015 | SO ₂ | PM ₁₀ | PM _{2,5} | NO ₂ | СО | O ₃ |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------|----------------|
| | % | % | % | % | % | % |
| Stephansplatz | - | - | - | - | - | - |
| Taborstraße | - | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | - |
| AKH | ı | 100,0 | 100,0 | 99,9 | ı | - |
| Belgradplatz | ı | 100,0 | - | 99,5 | ı | - |
| Laaer Berg | - | 100,0 | - | 99,9 | - | 99,9 |
| Kaiser-Ebersdorf | 99,9 | 100,0 | - | 99,9 | - | - |
| A23-Wehlistraße | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | - |
| Gaudenzdorf | - | 100,0 | - | 99,9 | 99,9 | - |
| Hietzinger Kai | - | - | - | 99,9 | 99,9 | - |
| Kendlerstraße | - | 100,0 | 100,0 | 99,9 | - | - |
| Schafberg | 99,9 | 100,0 | - | 99,9 | - | - |
| Hermannskogel | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 |
| Hohe Warte | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 |
| Gerichtsgasse | - | 100,0 | - | 99,9 | - | - |
| Lobau | - | - | 100,0 | 99,3 | - | 99,2 |
| Stadlau | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | - | - |
| Liesing-Gewerbegebiet | - | 99,7 | - | 99,1 | - | - |

Tabelle 11: Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (Angaben in Prozent)

Die fehlende Verfügbarkeit von Feinstaub (PM_{10}) an der Messstelle Lobau wurde durch eine Verunreinigung des Ansaugsystems verursacht.