

Datos del cliente

Nombre: Adilab NIT: 900.341.857
Dirección: Cr 43 # 34-95, piso 10 Almacen- Ciudad: Medellín
Email: sic.medicinalaboral.adilab@gmail.com

Datos del equipo

Nombre: Centrifuga ID cliente: PI-002
Tipo: Refrigerada Serie: C25516N
Marca: Pasteur Modelo: Force FX
Ubicación: Laboratorio Accesorios: N/A

Servicio realizado

Tipo: Verificación metrológica Fecha: 27/5/2026
Profesional: Sebastián Restrepo Orden de servicio: GH-226
N° de informe: 3325

Observaciones

Ok

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar rotor y su fijación	Mecánico	OK	—
Verificar tapas y seguros	Mecánico	OK	—
Medir RPM vs display	Medición	OK	—
Verificar temporizador	Eléctrico	OK	—
Verificar freno	Mecánico	OK	—
Verificar nivelación	Mecánico	OK	—
Limpiar cámara interna	Limpieza	OK	—
Verificar presencia de óxido o corrosión	Inspección	OK	—
Lubricar bisagras y seguros	Mecánico	OK	—
Verificar cable de alimentación	Eléctrico	OK	—

Conclusión

Ok

Evidencia fotográfica



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab