



Datos del cliente

Nombre:	Adilab sas	NIT:	890890890
Dirección:	Sabaneta	Ciudad:	Sabaneta
Email:	adilab@adilab.com		

Datos del equipo

Nombre:	Centrifuga	ID cliente:	00001
Tipo:	Centrifuga 12 tubos	Serie:	123456
Marca:	Aaaa	Modelo:	Bbbb
Ubicación:	Piso 3 lab microbiologia	Accesorios:	No aplica

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento correctivo	Fecha:	3/6/2026
Profesional:	Esposa	Orden de servicio:	Na
N° de informe:	3323		

Observaciones

Plato de tubo torcido

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar limpieza	Limpieza	OK	—
Funcionamiento rotor	Mecánico	OK	3800 rpm
Voltajes y amperajes dentro del rango	Medición	OK	110 vac
Control de velocidades funcional	Digital	OK	Digital

Conclusión

Se enderezan

Evidencia fotográfica



Firma del profesional que ejecuta
Esposa

Firma del profesional que aprueba
Yo

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab sas