



Datos del cliente

Nombre:	Adilab sas	NIT:	890890890
Dirección:	Sabaneta	Ciudad:	Sabaneta
Email:	adilab@adilab.com		

Datos del equipo

Nombre:	Centrifuga	ID cliente:	00001
Tipo:	Centrifuga 12 tubos	Serie:	123456
Marca:	Aaaa	Modelo:	Bbbb
Ubicación:	Piso 3 lab microbiologia	Accesorios:	No aplica

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento correctivo	Fecha:	2026-06-03
Profesional:	Esposa	Orden de servicio:	Na
Nº de informe:	3323		

Observaciones

Plato de tubo torcido

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar limpieza	Limpieza	OK	—
Funcionamiento rotor	Mecánico	OK	3800 rpm
Voltajes y amperajes dentro del rango	Medición	OK	110 vac
Control de velocidades funcional	Digital	OK	Digital

Conclusión

Se enderezan

Evidencia fotográfica



Firma del profesional que ejecuta
Esposa

/

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab sas

Firma del profesional que aprueba
Administrador