



Datos del cliente

Nombre:	Sebastian Restrepo	NIT:	1017197421
Dirección:	Carrera 92 # 38-80 Santa Monica	Ciudad:	Medellín
Email:	sebastianrestrepo929@gmail.com		

Datos del equipo

Nombre:	Centrifuga	ID cliente:	CE-004
Tipo:	Refrigerada	Serie:	11445d
Marca:	Pasteur	Modelo:	Force FX
Ubicación:	Laboratorio de sangre	Accesorios:	N/A

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Fecha:	2026-06-04
Profesional:	Administrador	Orden de servicio:	GH-226
N° de informe:	3321		

Observaciones

Equipo se recibe sucio y en mal estado

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar limpieza	Limpieza	OK	—
Funcionamiento rotor	Mecánico	OK	—
Voltajes y amperajes dentro del rango	Medición	OK	—
Control de velocidades funcional	Digital	OK	—

Conclusión

Equipo queda funcionando bien

Evidencia fotográfica



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'dello'.

Firma del profesional que ejecuta
Administrador

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sebastián Restrepo'.

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sebastián Restrepo'.

Firma de quien recibe a satisfacción
Sebastian Restrepo