



## Datos del cliente

|            |                                     |         |            |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|
| Nombre:    | Adilab Sede Almacentro              | NIT:    | 9003418572 |
| Dirección: | Cra 43A # 34-95 Piso 10 Torre Norte | Ciudad: | Medellín   |
| Email:     | info@adilab.com.co                  |         |            |

## Datos del equipo

|            |               |             |                     |
|------------|---------------|-------------|---------------------|
| Nombre:    | Glucometro    | ID cliente: | No registra         |
| Tipo:      | No aplica     | Serie:      | F062344K5882        |
| Marca:     | NIPRO PREMIER | Modelo:     | GM01IAB             |
| Ubicación: | Laboratorio   | Accesorios: | Lancetas y tirillas |

## Servicio realizado

|                |                          |                    |            |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Tipo:          | Mantenimiento preventivo | Fecha:             | 2026-06-11 |
| Profesional:   | Sebastián Restrepo       | Orden de servicio: | G-052-26   |
| N° de informe: | 3388                     |                    |            |

## Observaciones

Sin novedad

## Lista de chequeo

| Ítem                                         | Categoría  | Resultado | Observación |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Revisión del estado general del equipo       | Inspección | OK        | —           |
| Verificar del voltaje de las baterías.       | Medición   | OK        | 1,3 VDC     |
| Verificar fecha de vencimiento de tirillas.  | Inspección | OK        | 2027-07     |
| Verificar el estado de las lancetas.         | Inspección | OK        | —           |
| Limpieza, ajuste general y prueba funcional. | Limpieza   | OK        | —           |

## Conclusión


Equipo en óptimas condiciones



Firma del profesional que ejecuta  
Sebastián Restrepo



Firma del profesional que aprueba  
Sebastián Restrepo



Firma de quien recibe a satisfacción  
Adilab Sede Almacentro