



Datos del cliente

Nombre:	Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S	NIT:	9003418572
Sede:	Almacentro	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Cr 43A # 34-95 Piso 10 Torre Norte	Email:	ingenieria.biomedica.adilab@gmail.com

Datos del equipo

Nombre:	Glucómetro	ID cliente:	No registra
Tipo:	N/A	Serie:	F062344K5882
Marca:	NIPRO PREMIER	Modelo:	GM01IAB
Ubicación:	Laboratorio	Accesorios:	Lancetas y tirillas

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-502-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3388
Fecha ejecución:	2026-06-11		

Observaciones

Sin novedad

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Verificar del voltaje de las baterías.	Medición	OK	1,3 VDC
Verificar fecha de vencimiento de tirillas.	Inspección	OK	2027-07
Verificar el estado de las lancetas.	Inspección	OK	—
Limpieza, ajuste general y prueba funcional.	Limpieza	OK	—

Conclusión

Equipo en optimas condiciones



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo



Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo



Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio
Clínico S.A.S