



GESTEK
Gestión de Equipos Biomédicos



Datos del cliente

Nombre:	E.S.E Hospital San Luis Beltrán	NIT:	890981848
Sede:	Sede principal	Ciudad:	San Jerónimo
Dirección:	Carrera 10 #23-08	Email:	administraciona@hospitalde-sanjeronimo.gov.co

Datos del equipo

Nombre:	Refrigerador	ID cliente:	0065
Tipo:	Vertical	Serie:	G-94072410
Marca:	HACEB	Modelo:	NE-10
Ubicación:	Laboratorio	Accesorios:	No aplica

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0504-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	2030
Fecha ejecución:	2026-06-06	Próximo mantenimiento:	2026-12-06

Observaciones

Sin novedad

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general de equipo	Inspección	OK	—
Revisión del serpentín	Inspección	OK	—
Revisión de unidad de refrigeración y termostato	Inspección	OK	—
Inspección del estado del motor	Inspección	OK	—
Chequeo estado de moto-ventiladores	Mecánico	N/A	—
Revisión de unidades de condensación	Inspección	OK	—
Revisión y limpieza de tarjeta electrónica	Inspección	N/A	—
Verificación del control de temperatura	Medición	OK	Equipo operado por controlador analógico
Verificación del estado de las paredes	Inspección	OK	—
Verificación del estado del empaque de la puerta	Inspección	OK	—
Ajuste de elementos	Accesorios	OK	—
Toma de presión del equipo si aplica	Medición	N/A	—
Lavado y llenado de pilas	Limpieza	N/A	—
Limpieza integral del equipo (interna y externa)	Limpieza	OK	—
Mediciones de voltaje y amperaje equipo	Medición	OK	126,8 VAC / 1,98 A
Mediciones de voltaje de entrada y salida de regulador (si aplica)	Medición	N/A	—
Set programado e histéresis en control digital (si aplica)	Medición	N/A	—

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones para el almacenamiento de reactivos

Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
E.S.E Hospital San Luis Beltrán