

Datos del cliente

Nombre:	Cedisalud	NIT:	901334492
Sede:	Medellín	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Calle 31 # 43 – 38	Email:	calidad@cedisalud.com

Datos del equipo

Nombre:	Tensiómetro	ID cliente:	2020000516
Tipo:	N/A	Serie:	140802211057
Marca:	Welch Allyn	Modelo:	DS44
Ubicación:	Consultorio 1	Accesorios:	Brazaletes, pera

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0505-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3453
Fecha ejecución:	2026-06-27	Próximo mantenimiento:	2026-12-01

Observaciones

Sin novedad.

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Revisión de brazaletes y de su correcta adhesión.	Inspección	OK	—
Revisión de cámara.	Inspección	OK	—
Verificación de correcto insuflaje y sus posibles fugas	Inspección	OK	—
Revisión de pera con válvula y verificación posibles fugas.	Inspección	OK	—
Revisión y ajuste de manómetro.	Inspección	OK	—
Comparación de mediciones	Medición	OK	98,9 - 197,8 - 298,1 (mmHg)
Revisión, ajuste, limpieza general y prueba funcional	Otro	OK	—

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones de uso.



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo



Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Cedisalud